

フレキシブル ENDO-PSI

巾着縫合器

近年注目されている食道胃接合部癌において、サーキュラーステイプラーによる食道空腸吻合法を鏡視下で行うために、針を挿入する把持部が曲がるようにしました。



腹腔内への挿入位置は、目的に応じて
臍部創または 5mm トロカール創
(創 8mm 以上) からアプローチ

製品コード	製品名
EP004	フレキシブル ENDO-PSI

医療機器届出番号：12B2X00014000044

適用縫合針

製品コード	製品名	仕様
NC-WT48F02M-90	巾着縫合用糸付縫合針	2-0 モノフィラメント ポリプロピレン縫合糸 (両端直針)

製造販売元

株式会社平田精機

〒273-0128 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山 2-10-17

販売元

ホープ電子株式会社

〒270-2231 千葉県松戸市稗台1-22-5

TEL 047-710-3692

URL <http://www.hope-denshi.co.jp>