



### ネオレクタプローブ



#### 特長

シリンジを接続し、空気や造影剤等を注入することにより、手術中における直腸損傷の有無を確認できる

エアリークテストが可能な直腸プローブ



ALT陽性

ウエットラボにおけるエアリークテスト陽性例

| 製品コード | 製品名       | 先端径  |
|-------|-----------|------|
| EP291 | ネオレクタプローブ | Φ 29 |
| EP292 | ネオレクタプローブ | Φ 32 |

販売名：ネオレクタプローブ

医療機器届出番号：12B2X00014000050

製造販売元

株式会社平田精機